

# Prüf- und Instandhaltungsintervalle von Atemschutzgeräten, Flaschen, Masken und CSA

	Art der durchzuführenden Arbeiten	nach Gebrauch	alle 6 Monate	jährlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre	alle 4 Jahre	alle 5 Jahre	alle 6 Jahre	
Geräte komplett	Reinigen	X	X							
	Funktions- und Dichtigkeitsprüfung	X	X							
	Grundüberholung								X <sup>1)</sup>	
Druckminderer	Austausch Druckminderer								X <sup>1)</sup>	X <sup>1)</sup> Nur durch autorisiertes Personal
Lungenautomat (LA) <sup>7)</sup>	Reinigung und Desinfektion	X			X					X <sup>2)</sup> Ggf. begrenzte Lebensdauer beachten
	Membranwechsel <sup>8)</sup>						X			X <sup>3)</sup> Veratmung des LA mit künstl. Lunge
	Grundüberholung								X <sup>1) 3)</sup>	
Geräteflaschen	Auf Betriebsdruck füllen	X								X <sup>4)</sup> Nicht bei luftdicht verpackten Masken
	TÜV-Prüfung Stahl-Flaschen							X		X <sup>5)</sup> Nur Stichproben bei luftdicht verpackten Masken
	TÜV-Prüfung CFK-Flaschen <sup>2)</sup>					X <sup>6)</sup>		X <sup>6)</sup>		X <sup>6)</sup> Zulassungsabhängig
Masken	Reinigung und Desinfektion	X	X <sup>4)</sup>		X					X <sup>7)</sup> Nach Reparaturarbeiten Veratmung des LA mit künstl. Lunge
	Funktion und Dichtheit prüfen	X	X <sup>5)</sup>		X					
	Sichtprüfung Ausatem-, Einatem- und Steuerventil	X	X <sup>5)</sup>		X					X <sup>8)</sup> Erfolgt die Sichtprüfung der Membran nach jedem Gebrauch, gilt die vierjährige Wechselfrist. Erfolgt die Sichtprüfung halbjährlich, gilt die zweijährige Wechselfrist.
	Austausch Einatemventil kompl. Steuerventil								X	
	Austausch Ausatemventil						X			
	Austausch Sprechmembran								X	
CSA	Sichtprüfung	X	X <sup>9)</sup>	X						X <sup>9)</sup> Bei Lagerung auf Fahrzeugen
	Reinigung und Desinfektion	X		X						
	Dichtheit prüfen	X	X <sup>9)</sup>	X						
	Austausch Ventilscheiben				X					

Sollten die entsprechenden Gebrauchsanweisungen der Hersteller hiervon abweichen und darüber hinausgehende Anforderungen beinhalten, so sind diese verbindlich.

**BRAND**



**SCHUTZ  
SERVICE  
OETZEL**

**GbR**

Dirk Oetzel • Uwe Beer

Leipziger Straße 100 - 103 • 37235 Hessisch Lichtenau

Telefon 0 56 02 / 700 555 • Telefax 0 56 02 / 700 557

Internet [www.bss-oetzel.de](http://www.bss-oetzel.de) • E-Mail [info@bss-oetzel.de](mailto:info@bss-oetzel.de)